

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

1. Zakup analizatora spektrometrycznego NIR do analizy mąki i śrut zbożowych

Wymagania techniczne:

- Analizowane produkty: mąka pszenna, mąka żytnia.
- Parametry oznaczane: białko, wilgotność, gluten, sedymentacja.
- Zasilanie 230V.

2. Zakup wagosuszarki laboratoryjnej

Wymagania techniczne:

- Dokładność odczytu [d] 0,1mg.
- Wielkość badanej próbki ca. 10g.
- Zasilanie 230V.